GMINA DYDNIA
36-204 DYDNIA
woj. podkarpackie
tel/fax (013) 430 31 94, tel. (013) 430 30 02

RGGNiSO.271.2.2018

Dydnia, 5.03.2018 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania **Nr- RGGNiSO.271.2.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia".**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści inny Defibrylator AED o podobnych parametrach do Philips Frx? (istnieje możliwość dokupienia wiernej kopii urządzenia treningowego). Po pierwsze od listopada 2017 r. defibrylatory FRX są niedostępne i autoryzowany dystrybutor na Polskę nie potrafi określić w jakim terminie mogą pojawić się w sprzedaży. Po drugie dużo lepszym rozwiązaniem jest posiadanie defibrylatora AED oraz wiernej kopii w postaci defibrylatora treningowego. W przypadku używania zestawu szkoleniowego w FRX(mata + elektrody) podczas szkolenia zużywana jest bateria w defibrylatorze co skraca jej żywotność oraz ilość wyładowań. Frx różni się od proponowanego tylko tym że posiada możliwość defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach potwierdzoną notą techniczną producenta(co pomimo noty technicznej odradzamy, zawsze istnieje ryzyko).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inny Defibrylator AED o podobnych parametrach -do opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ p.pkt. 2.2. dopuści także urządzenie dodatkowe – jak defibrylator treningowy. Jednak, zaproponowany Defibrylator powinien spełniać wymagania opisane w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 r. załącznik 3 ppkt 3 – Ramowe Wymagania techniczno użytkowe dla AED KSRG.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający życzy sobie żeby w zestawach PSP R1 znajdowały się butle Aluminiowe czy stalowe, które pod względem technicznym oraz trwałością są dużo lepsze od butli stalowych. W załączeniu przesyłam porównanie wcześniej wymienionych butli, proszę o zapoznanie się z prezentacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza aby butle w zestawach PSP-R1 były butle aluminiowe.

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski