GMINA DYDNIA
36-204 DYDNIA
woj. podkarpackie
tel./fax (013) 430 31 94, tel. (013) 430 30 02

Dydnia, 9.03.2018 r.

RGGNiSO.271.2.2018

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania **Nr- RGGNiSO.271.2.2018** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia".**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

Czy Zamawiający zmieni wymagania (zgodnie z wytycznymi dla KSRG) dotyczące defibrylatora AED na:

1 Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.

2 Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.

3 Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące:
- O nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku
- O wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia
- O prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta)

4 Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o:
- Gotowości urządzenia do pracy
- Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku

5 Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję:
przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia.

6 Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
- Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
- Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC
- Możliwość rejestrowania takich danych jak : dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie

wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci)
- Oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows
- Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym
- Urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika
- Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.

7 Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod.

8 Wyposażony w baterie niełądowalną – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią.

9 Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia:
- Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601
- Stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) - certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08; Waga urządzenia: do 3,5 kg
- Wyposażone w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789.
- Zakres temperatur pracy od 0 do 50 st Celsjusza (jednogodzinny czas pracy w temperaturach od -20 do 60 st Celsusza
- Wilgotność względna do 95%
Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim; Deklaracja zgodności CE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na podobne pytanie udzielił odpowiedzi w dniu 5.03.2018 r. cyt. „Zamawiający dopuszcza inny Defibrylator AED o podobnych parametrach -do opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ p.pkt. 2.2. dopuści także urządzenie dodatkowe – jak defibrylator treningowy. Jednak, zaproponowany Defibrylator powinien spełniać wymagania opisane w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 r. załącznik 3 ppkt 3 – Ramowe Wymagania techniczno użytkowe dla AED KSRG" Dlatego też, Zamawiający dopuszcza defibrylator AED o parametrach zaproponowanych lub podobnych - zgodnie z wytycznymi dla KSRG.

Zamawiający w Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ (str. 6 – uwagi) podał, że można zaproponować urządzenia równorzędne do wymienionych w SIWZ.

z up. WÓJTA
mgr Stanisław Pytlowany
KIEROWNIK
Referatu Geodezji Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich